

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ vào Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;  
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện Nội tiết Nghệ An có nhu cầu tiếp báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu:

Gói thầu: Cung cấp khối xử lý tín hiệu cho Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt model Supria của hãng sản xuất Hitachi.

Thuộc dự toán: mua sắm linh kiện, phụ kiện TBYT cho bệnh viện Nội tiết năm 2025.

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

2. Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Phạm Quý

Chức vụ: PTK Dược-VTYT

Email: dauthau.bvntna@gmail.com

SĐT: 0396932125

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi báo giá

- Nhận trực tiếp hoặc gửi về địa chỉ: khoa Dược-VTYT, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, số 11 Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Đồng thời gửi qua email: [dauthau.bvntna@gmail.com](mailto:dauthau.bvntna@gmail.com) (bản Scan báo giá, giấy phép hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 23 tháng 01 năm 2025 đến trước 8h00 ngày 10 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

Danh mục yêu cầu bản báo giá: Hàng hóa đáp ứng cơ bản tiêu chí kỹ thuật (**PHỤ LỤC I**) kèm theo;

Hồ sơ báo giá gồm: 02 bản báo giá; 02 Bản sao giấy phép kinh doanh; Tờ thông tin sản phẩm.

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm về giá chào phù hợp với các quy định pháp luật về giá và các quy định hiện hành khác, đảm bảo giá chào phù hợp với giá cung ứng cho các đơn vị khác. Bảng báo giá của Các hãng sản xuất, nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các hãng sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, KD

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Bình**

SỞ Y TẾ NGHỆ AN  
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT



**PHỤ LỤC I**

**DANH MỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(kèm theo CV số 85 /BVNT-KD ngày 23 /01/2025 của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Khối xử lý tín hiệu cho Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt	<p>Trương thích với hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính có model: Supria của hãng sản xuất Hitachi.</p> <p>Chức năng: Là khối chức năng, thực hiện việc tái tạo hình ảnh chụp cắt lớp vi tính. Dữ liệu hình ảnh sau khi tái tạo được hiển thị trên màn hình điều khiển và lưu trữ trên ổ cứng hệ thống máy tính điều khiển của hệ thống.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nguồn cấp: Điện áp 1 chiều 3,3 VDC</li> <li>Bộ nhớ RAM: 1GB</li> <li>- Có các đèn LED báo hiệu trạng thái của khối CELL bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đèn LED1: Trạng thái Sáng là báo hiệu nguồn điện được cấp cho khối CELL đã có</li> <li>• Đèn LED2: Trạng thái Sáng là báo hiệu kết quả tự kiểm tra tình trạng của CELL khi khởi động bị lỗi</li> <li>• Đèn LED3: Trạng thái Sáng là báo hiệu nguồn 3,3V trong khối CELL là bình thường.</li> </ul> </li> </ul> <p>Yêu cầu: Hàng sản xuất từ 2024 trở về sau, mới 100%.</p>	Cái	1